

Số: 1122 /YCBG- BV

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Nam Thăng Long có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “ Mua máy siêu âm màu chẩn đoán” với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nam Thăng Long (Số 38 Tân Xuân, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội).

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Hoàng Thị Mỹ Hải, Trưởng khoa Dược, điện thoại: 0983313660, hoangmyhai@yahoo.com.vn [ghi rõ họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ email của người được giao nhiệm vụ tiếp nhận báo giá].

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện Nam Thăng Long (Số 38 Tân Xuân, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội).

- Nhận qua email: hoangmyhai@yahoo.com.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 13 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2023 đến trước 14 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày, kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2023.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế yêu cầu báo giá như sau:

STT	Danh mục	Tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy siêu âm màu chẩn đoán	01 Máy siêu âm tổng quát Cấu hình bao gồm: - 01 Hệ thống máy chính - 01 Đầu dò convex đa tần số - 01 Đầu dò linear đa tần số - 01 Đầu dò tim đơn tinh thể, đa tần số - 01 Đầu dò khối đa tần số - Phần mềm:	01	Máy



*Handwritten signature*



	đa mặt phẳng, điều khiển lát cắt - Có chức năng mở rộng trường nhìn - Có chức năng kết nối DICOM <b>4. Đầu dò</b> <b>4.1. Đầu dò Convex điện tử đa tần siêu âm bụng tổng quát</b> - Dải tần số thăm khám: $\leq 2 - \geq 5$ MHz - Số chấn tử: $\geq 128$ chấn tử - Trường nhìn: $\geq 70$ độ - Hỗ trợ khả năng hướng dẫn sinh thiết <b>4.2. Đầu dò Linear điện tử đa tần siêu âm mạch máu</b> - Dải tần số thăm khám: $\leq 2,6 - \geq 11$ MHz - Số chấn tử: $\geq 128$ chấn tử - Khẩu độ quét: $\geq 30$ mm - Hỗ trợ khả năng hướng dẫn sinh thiết <b>4.3. Đầu dò tim điện tử đa tần số, ứng dụng siêu âm tim người lớn</b> - Thiết kế: Đơn tinh thể - Dải tần số thăm khám: $\leq 1,5 - \geq 5,0$ MHz - Số chấn tử: $\geq 96$ chấn tử - Trường nhìn: $\geq 90$ độ <b>4.4. Đầu dò 4D/khối siêu âm sản khoa</b> - Dải tần số thăm khám: $\leq 1,8 - \geq 8$ MHz - Số chấn tử: $\geq 128$ chấn tử - Trường nhìn: $\geq 69$ độ		
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>01 khoản</b>	

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Nam Thăng Long (Số 38 Tân Xuân, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội).

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán hợp đồng trong vòng 90 ngày kể từ ngày nghiệm thu và thanh hợp đồng.

5. Hồ sơ gửi kèm báo giá gồm các tài liệu sau:

- Bản sao hóa đơn GTGT, hợp đồng, thanh lý hợp đồng thiết bị đã trúng thầu cung cấp cho cơ sở y tế còn hiệu lực (nếu có).

- Tài liệu pháp lý hàng hóa, tài liệu phù hợp với hàng hóa tham gia chào giá:

+ Bảng phân loại trang thiết bị y tế.

+ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B

+ Giấy chứng nhận đăng ký số lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C,

D

+ Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D *Min*

- + Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
- Tài liệu kỹ thuật hàng hóa. (Bảng mô tả đặc tính thông số kỹ thuật của sản phẩm chào giá và tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa).


Lưu ý:

- \* Các hồ sơ gửi kèm Bảng chào giá phải được đóng dấu sao y bản chính.
- \* Quý nhà thầu cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh thông tin đã cung cấp trong bảng chào giá.
- \* Quý nhà thầu gửi Bảng báo giá theo flie Mẫu báo giá Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế được quy định tại Thông tư số 14/2023 ngày 30 tháng 06 năm 2023 của Bộ y tế
- \* Bảng báo giá của Quý nhà thầu nếu không đúng theo flie Mẫu báo giá Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế được quy định tại Thông tư số 14/2023 ngày 30 tháng 06 năm 2023 của Bộ y tế thì được xem như là không hợp lệ và bị loại. *Phan*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HS

**GIÁM ĐỐC**

  
*12*

**Vũ Thế Phương**

